〈医療用具承認番号〉15900BZZ1154号

エンシュア・リキッド® 500mLバッグ用チューブ
ナイスフロ® 経腸栄養セット NS NSプロ

● 使用方法



ローラークランプを閉じて導入針のキャップをはずし、エンシュア・リキッド®500mLバッグの差し込み口に導入針を奥まできっちりと差し込んでください。



エンシュア・リキッド®500mLバッグは、患者の頭上60cm以上の高さに設置してください。



アダプターからカバーをはずし、ローラークランプを開いてチューブ内の空気を押し出した後、再度ローラークランプを閉じてください。



栄養チューブはきれいに洗浄し、詰まっていないこと、正しい位置にあることを確認し、アダプターを鼻腔チューブ、胃・腸瘻チューブに接続してください。次にローラークランプを操作しながら流量を調節してください。

誤接続防止タイプ(NS)
6.0mm
(平成12年8月31日厚生省医薬発第888号「経腸栄養ラインの接続部に関する基準」に適合)



	アダプター外径	材質	包装(セット入り)	統一コード
ナイスフロ® 経腸栄養セットNS: ポリ塩化ビニル(PVC)製				
	6.0mm	PVC	100	439093512
			20	439093567
ナイスフロ® 経腸栄養セットNSプロ: 非ポリ塩化ビニル(DEHPフリー)製				
	6.0mm	ポリブタジエン(DEHPフリー)	20	439099811

使用上の注意
- 経腸栄養剤の投与以外には使用しないでください。(静脈内注射には使用しないでください)
- 包装の破れているものは使用しないでください。
- このセットの使用は1回限りで、再使用は避けてください。
- このセットは、直射日光と湿気を避けて保管してください。
- 詳細は添付文書をご参照ください。

エンシュア・リキッド® 500mLバッグ専用アダプター

● 使用方法



アダプターのキャップを外し、テーパー部に市販の経腸栄養セットの接続用ゴム管をしっかりと接続します。その際、ゴム管はストレート部まで十分に挿入してください。



経腸栄養セットのローラークランプを十分に閉めます。



エンシュア・リキッド®500mLバッグの差し込み口のアルミカバーをはがします。アダプターの保護カバーを外し、導入針を回転させながら奥まで差し込んだ後、固定します。その際、アダプターの導入針で手指を傷つけないようにご注意ください。



エンシュア・リキッド®500mLバッグは、患者の頭上60cm以上の高さに設置してください。

栄養チューブはきれいに洗浄し、詰まっていないこと、正しい位置にあることを確認し、鼻腔チューブ、胃・腸瘻チューブに接続してください。次にローラークランプを操作しながら流量を調節してください。



使用上の注意
経口・経管用であるため静脈内等には投与しないこと

エンシュア・リキッド®の「効能・効果」「用法・用量」「禁忌を含む使用上の注意」等については、製品添付文書をご参照ください。

発売元
アボット ジャパン株式会社
東京都港区三田3-5-27

製造販売元
三矢メディカル株式会社
大阪府八尾市竹渕東4丁目17番地

[お問い合わせ・資料請求先]くすり相談室　東京都港区三田3-5-27 フリーダイヤル0120-964-930

2009年10月作成
20A083114

Abbott
A Promise for Life